



# BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice  
telefon: +420 387 771 111 (ústředna)  
+420 387 775 051 (ředitelství)

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344  
číslo účtu: 5002209089/5500, Raiffeisenbank a.s.  
www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

---

Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice  
Zastoupený: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel  
Profil: [https://www.tenderarena.cz/profily/Biologickecentrum\\_AVCR](https://www.tenderarena.cz/profily/Biologickecentrum_AVCR)  
Název veřejné zakázky:

### Single quadrupole EI GC/MS

Zadavatel dne 29. 3. 2019 obdržel druhou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

#### Otázka č. 1

Vzhledem k nejasnostem a různým řešením některých z požadovaných parametrů v zadávací dokumentaci Vás tímto žádáme o následující odpovědi a upřesnění.

Část Technická specifikace - příloha č. 4 - Single quadrupole EI GC/MS -

Požadovaný parametr: GC has to be connectable to an ICP-MS, interface included

Dotaz: Požadovaná možnost připojení požadovaného GC k ICP/MS systému včetně příslušného interface může zahrnovat několik možných řešení dle výrobce nebo modelu ICP/MS, ke kterému se bude požadovaný GC připojovat. Prosíme, pokud možno, o konkrétní seznam modelů ICP/MS systému, ke kterým se bude GC systém připojovat.

#### Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje možnost připojení GC zařízení požadovaného v tomto vývěrovém řízení k dříve zakoupenému ICP, které má zadavatel již k dispozici. Jedná se o Agilent 8800 ICP-QQQ.

---

V Českých Budějovicích dne 29. 3. 2019

.....

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ 600 77 344 (1)