



Interní číslo VZ: 2016_059_00_00

V Praze dne 21. 12. 2016

Výzva k podání nabídky

V souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a na základě havarijního stavu si dovoluujeme požádat o zaslání cenové nabídky na **3 ks modulární akumulátorové vrtačky včetně příslušenství pro Ortopedicko-traumatologickou kliniku FNKV** dle níže uvedené specifikace.

Minimální technické parametry

3 ks modulární akumulátorová vrtačka včetně příslušenství

(každá vrtačka bude s níže uvedeným počtem příslušenství)

- Výkon min. 400W s baterií, min. 300W při použití s kabelem
- Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění
- Kanylace (průměr kanálu) cca 5 mm
- příslušenství - nástavce pro vrtání, frézování a zavádění drátů – univerzální nástavec pro vrtání Jacobs, AO rychlospojka, nástavce pro frézování 250, 350, 500 otáček/min, zavaděč K-drátů o průměru 0,6-4,0 mm
- Nástavce lze aretovat v rukojeti po 30°
- LiFePo technologie akumulátorů
- Široká nabídka pilových listů

1 ks Rychlospojka vrtací small A.O. Adapter 1000 ot./min. / 4,0 Nm

- Počet otáček při vrtání 1000/min
- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm

1 ks Nástavec – Univerzální vrtací sklíčidlo - Jacobs 1000 ot./min. / 4,0 Nm

- Počet otáček při vrtání 1000/min
- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm
- Kanylace 0 – 6,5 mm

1 ks Zavaděč K-drátů kanylace 1 – 4,0 mm 1000 ot./ min

- Počet otáček při vrtání 1000/min
- Krouticí moment při vrtání 4,0 Nm

1 ks Nástavec oscilační pily 0 - 12000 osc/min

- Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění
- 0-12 000 oscilací /min
- Počet poloh nastavení hlavičky 12 (změna pozice po 30°)
- Rozkmit listu 4°

1 ks Nástavec na frézování - AO – 350 ot./min

- Počet otáček při frézování 350/min
- Kroutící moment při frézování – min 9,0 Nm

1 ks Nástavec na frézování – Zimmer/Hudson – 350 ot./min

- Počet otáček při frézování 350/min
- Kroutící moment při frézování – min 9,0 Nm

5 ks Baterie ATK Battery Pack

- Lithiové bez paměťového efektu a nutnosti úplného vybití, s možností okamžitého opětovného nabíjení, bez obsahu těžkých kovů tzn. nutnosti likvidace ve speciálním režimu
- Výkon min. 16.5 V DC / 20 A
- Obsah 1.1 Ah
- Pracovní čas min, 15 min
- Životnost min. 350 nabíjecích cyklů
- Doba nabití cca 60 minut (v závislosti na kapacitě baterie a stavu nabití)

2ks sterilizační obal k baterii

Součástí dodávky je vždy doprava, montáž, instalace, instruktáž vč. protokolu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, komplexní vyzkoušení, uvedení do trvalého provozu a záruční servis. V záruční době budou též prováděny bezplatně i periodické bezpečnostně – technické kontroly zařízení vč. el. revizí v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění.

Dále pak předání veškerých dokladů k přístroji /dodací list, návod k použití v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1x na CD, technická dokumentace v českém jazyce a certifikát CE, event. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění/.

V nabídce, prosím, doložte / uveďte:

- výpis z OR ne starší než 90 dnů
- celkovou kupní cenu bez DPH i vč. DPH
- záruční dobu - požadovaná je min. 24 měsíců
- dobu dodání
- zda souhlasíte se splatností faktury 60 dní
- prohlášení o shodě
- obrazový materiál

Uchazeč dále v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče dle závazného vzoru uvedeného v příloze této výzvy.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Rozhodující je nabídková cena bez DPH. Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně DPH a dále bude uvedena cena včetně DPH

Nabídku vč. všech požadovaných materiálů, doručte nejpozději **do 28. 12. 2016, 14:00 hod.**, na adresu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, nebo do podatelny v pracovních dnech: pondělí - čtvrtek: 7:00 - 15:45 hod., pátek: 7:00 - 14:30 hod. Obálka musí být označena názvem „**NEOTEVÍRAT – NABÍDKA – Odd. dodavatelských služeb, ZT a MTZ – vrtačky**“.