



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKONA“)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Koronární stenty 2016
Číslo jednací:	VFN/029744/2016

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
IČO:	00064165
Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Kontaktní osoba:	Mgr. Monika Trávníčková
Telefon, fax:	224962740
E-mail:	Monika.Travnickova@vfn.cz
Druh zadávacího řízení:	Otevřené
Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty:	Nadlimitní

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Dodávky	
Název	CPV
Koronární endoprotézy	33184500-8

Předpokládaná hodnota bez DPH	část 1: 1.012.000,- Kč část 2: 2.405.000,- Kč část 3: 2.400.000,- Kč část 4: 6.470.000,- Kč část 5: 10.470.000,- Kč část 6: 11.365.000,- Kč část 7: 4.895.000,- Kč část 8: 11.040.000,- Kč část 9: 14.305.000,- Kč část 10: 6.895.000,- Kč Celkem 71.257.000,- Kč
--------------------------------------	--



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky zdravotnického materiálu podle specifikací stanovených v těchto zadávacích podmínkách, ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.
- Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 6 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.
- Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.
- Veřejná zakázka je dělena na 10 částí:
 - Část 1 - Koronární stenty bez krytí
 - Část 2 - Koronární stenty s pasivním krytím
 - Část 3 - Koronární stenty nelékové umožňující fixaci trombu či materiálu z plátu
 - Část 4 - Koronární stenty lékové s biologicky aktivním krytím
 - Část 5 - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou Zotarolimus
 - Část 6 - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou Everolimus v kombinaci s biodegradabilním polymerem
 - Část 7 - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou sirolimus nebo biolimus nebo biolute s biodegradabilním polymerem
 - Část 8 - Koronární stenty uvolňující biolimus bez polymeru
 - Část 9 - Koronární stenty uvolňující amphilius bez polymeru
 - Část 10 - Plně degradabilní stenty

Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné části, několika nebo všech částí veřejné zakázky.

- Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknout v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel nebude dodavatelům, vracet jimi podané nabídky.

5. PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ (§ 37 ZÁKONA)

5.1. PODMÍNKY KVALIFIKACE (§ 73 až 88 zákona)

- Zadavatel požaduje splnění kvalifikace dle čl. 6 těchto zadávacích podmínek.

5.2. TECHNICKÉ PODMÍNKY (§ 89 a 90 zákona)

- Součástí zadávacích podmínek jsou technické podmínky dodávek, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.

- Všechny stanovené technické podmínky jsou závazné, jejich nedodržení bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Část 1 VZ - Koronární stenty bez krytí určené k léčení lézí koronárních tepen od vnitřního průměru 2,25 mm do průměru 4,5 mm, v délkách minimálně od 9mm do 30mm

Odhadovaný počet:

40/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 60
- Materiál stentu: slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ méně než 1,0mm při referenčním průměru 3,0mm
- Maximální tloušťka strutů do 75 um (čím tenčí tím lepší)
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 2 VZ - Koronární stenty s pasivním krytím pro zlepšení a urychlení endotelizace a snížení trombogenicity, určené k léčení lézí koronárních tepen od vnitřního průměru 2,25 mm do průměru 4,5 mm, v délkách minimálně od 8 mm do 30 mm

Odhadovaný počet:

40/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 35
- Maximální „crossing profile“ méně než 1 mm při výrobku o referenčním průměru 3,0mm
- Maximální tloušťka strutů do 80 um
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 3 VZ - Koronární stenty nelékové umožňující fixaci trombu, či materiálu z plátu.

Stenty umožňující fixaci trombu k cévní stěně se snížením rizika jeho embolizace. Stenty vhodné k ošetřování lézí obsahující zjevný trombus a k ošetřování venózních bypassů. Délky stentu 8,0-35 mm a rozměry stentu 2,75-4,0 mm.

Odhadovaný počet:

40/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 6F instrumentáři



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

- Co nejvyšší nominální tlak - NBP, alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 35
- Slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ max. 1,0 mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Tloušťka strutů maximálně 80 um (čím tenčí tím lepší)
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 4 VZ - Koronární stenty lékové s biologicky aktivním krytím umožňující maximální zkrácení doby doporučené duální antiagregační terapii při účinné inhibici neointimální proliferace pomocí protilátek proti progenitorovým endoteliálním buňkám (EPCs). Požadované délka stentů v min. rozsahu 9-35 mm, průměru stentu 2,5-4,0 mm

Odhadovaný počet: 80/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 60
- Struty stentu: slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ max. 1,0 mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Maximální tloušťka strutů 90 um
 - dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 5 VZ - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou Zotarolimus určené pro léčbu koronárních tepen od průměru 2,0 mm až do 4,0 mm v délkách alespoň od 9 mm do 35 mm

Odhadovaný počet: 250/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 40
- Polymer trvalý, nebo biodegradabilní
- Materiál stentu: slitina chromu
- Tloušťka strutů max. 85 um.

Účinnost a bezpečnost prokázána ve velké randomizované klinické studii

Část 6 VZ - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou Everolimus C v kombinaci s biodegradabilním polymerem určené pro léčbu koronárních tepen od průměru 2,25 mm až do 4,00 mm v délkách od 9 mm do 35 mm

Odhadovaný počet:

250/rok

Technická specifikace:

- Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Polymer biodegradabilní
- Abluminální krytí antiproliferační látkou
- Materiál stentu: slitina chromu
- Max. tloušťka strutu 85 um
- Maximální „crossing profile“ méně než 1,0 mm při referenčním průměru 3,0 mm

Účinnost a bezpečnost prokázána ve velké randomizované klinické studii

Část 7 VZ - Koronární stenty uvolňující lék s účinnou látkou sirolimus nebo biolimus nebo biolute s biodegradabilním polymerem určené pro léčbu koronárních tepen od průměru 2,25 mm až do 4,0 mm, v délkách minimálně od 9 mm do 40 mm

Odhadovaný počet:

100/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 60
- Materiál stentu: slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ méně než 1,0 mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Maximální tloušťka strutu 80 um
- Biodegradabilní polymer
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 8 VZ - Koronární stenty uvolňující biolimus bez polymeru určené pro léčbu koronárních tepen od průměru 2,25 mm až do 4,00 mm v délkách minimálně od 9 mm do 35 mm. Vzhledem k rychlému hojení umožňuje zkrácení duální antigregační terapie na 30 dnů.

Odhadovaný počet:

100/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 40
- Materiál stentu: stainless steel nebo slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ méně než 1,0 mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Maximální tloušťka strutů 120 um
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 9 VZ - Koronární stenty uvolňující amphilimus bez polymeru určené pro léčbu koronárních tepen od průměru 2,25 mm až do 4,5 mm v délkách minimálně od 9 mm do 35 mm

Odhadovaný počet: 200/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 5F instrumentáři
- Co nejvyšší nominální tlak - NBP , alespoň 8 ATM
- Co nejvyšší „rated burst pressure“ – RBP, alespoň 14 ATM pro všechny průměry a délky
- Co největší spektrum kombinací průměru a délek, alespoň 45
- Materiál stentu: slitina chromu
- Maximální „crossing profile“ méně než 1,0mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Maximální tloušťka strutů 70 um
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

Část 10 VZ - Plně degradabilní lékové stenty určené pro léčbu koronárních stenóz tepen alespoň od 3 mm v délce minimálně od 15 mm do 25 mm

Odhadovaný počet: 60/rok

Technická specifikace:

- RX- „Rapid exchange“ systém kompatibilní s 6F instrumentáři
- Materiál stentu: poly-lakton, magnesium
- Antiproliferační látka: everolimus, novolimus , sirolimus
- Maximální „crossing profile“ maximálně 1,5 mm při referenčním průměru 3,0 mm
- Maximální tloušťka strutů 150 um
- dosažené klinické výsledky léčby nabízeným výrobkem, prokázané v klinické studii publikované v odborném časopise v recenzním řízení

5.3.OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

A. Platební, dodací, záruční a sankční podmínky

- Dodávky zboží budou uskutečňovány prostřednictvím konsignačního skladu
- Veškeré obchodní, platební, dodací, záruční a sankční podmínky a další požadavky zadavatele jsou upraveny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek. Dodavatel je povinen podat pouze jediný návrh kupní smlouvy na plnění této

veřejné zakázky. Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění vyjma údajů, u nichž vyplývá povinnost jejich doplnění.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

B. Další obchodní podmínky zadavatele

- Vybraný dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti vybraného dodavatele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000 Kč.
- Vybraný dodavatel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn od smlouvy, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení, odstoupit. Na žádost zadavatele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- Pro případ porušení závazku vybraného dodavatele udržovat pojištění si sjednávají vybraný dodavatel a zadavatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, kterou je vybraný dodavatel povinen uhradit zadavateli.
- Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je uveden v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek.

5.4. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

- Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

5.5. PODMÍNKY ÚČASTI TÝKAJÍCÍ SE FORMY DODAVATELE

- Dodavatel, který je akciovou společností, doloží čestné prohlášení, že má vydány výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraným dodavatelem bude akciová společnost, která nebude mít výlučně zaknihované akcie, bude tento dodavatel v souladu s § 48 odst. 9 vyloučen. Dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, předloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu dodavatele, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI (§ 73 AŽ 88 zákona)

6.1. Prokázání základní způsobilosti:

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 odst. zákona, a to:

- a) výpisem z evidence Rejstříku trestů (§ 74 odst. 1 písm. a), § 74 odst. 2 a 3 a § 75 odst. 1 písm. a) zákona) - zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, je nově nutné prokázat trestní bezúhonnost dle § 74 odst. 1 písm. a) a § 74 odst. 2 zákona jednak předložením výpisu(-ů) z evidence Rejstříku trestů ohledně osob, které jsou statutárním orgánem nebo jsou členem statutárního orgánu, jednak výpisem dodavatele – právnické osoby



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

z evidence Rejstříku trestů. V případě, že dodavatelem je pobočka závodu, musí u zahraniční právnické osoby předložit výpis z evidence Rejstříku trestů tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby tato právnická osoba, všichni členové statutárního orgánu a vedoucí pobočky,

- b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením (§ 74 odst. 1 písm. b) a § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona) – pro čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dodavatel použije vzor, který je přílohou č. 3 těchto zadávacích podmínek;
- c) čestné prohlášení (§ 74 odst. 1 písm. c) a § 75 odst. 1 písm. d) zákona) - dodavatel použije vzor, který je přílohou č. 3 těchto zadávacích podmínek;
- d) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 74 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 písm. e) zákona);
- e) výpisem z obchodního rejstříku, popř. čestným prohlášením, pokud není zapsán v obchodním rejstříku (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

6.2. Prokázání profesní způsobilosti

- a) výpisem z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán dle zvláštního právního předpisu (§ 77 odst. 1 zákona);
 - b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona);
 - c) dokladem osvědčujícím jeho způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků, tj. jednou z níže uvedených možností:
 - potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
 - výpisem z registru SÚKLu dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedením URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
 - doložením Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví podle předchozí verze zákona s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL v průběhu přechodného období, bude potvrzení od SÚKL doloženo (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona)
- Doklady dle písmena a) a b) nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
 - Doklady dle písmena c) tohoto článku musí být platné ke dni podání nabídky a vybraný dodavatel je musí udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.

6.3. Prokázání technické kvalifikace:

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b), k) a písm. l) zákona, a to následujícím způsobem:

- Dodavatel splňuje kritérium dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, předložením seznamu alespoň 5 významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech, spolu s referencemi odběratelů a to stejného předmětu, tj. koronárních stentů do jiných zdravotnických zařízení, přičemž počet kusů každé z těchto dodávek dosáhl pro jednoho objednatele nejméně pro :



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

část 1: 40, část 2: 40, část 3: 40, část 4:80, část 5: 250, část 6:250, část 7:100, část 8:100, část 9: 200 a část 10: 60, spolu s uvedením jejich ceny, doby plnění a identifikace objednatele.

- Dodavatel k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) použije vzor, který je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek.
- Výše uvedený seznam může být nahrazen smlouvou s objednatelem a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele.
- Dodavatel splňuje kritérium § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložením vzorků
 - Uchazeč poskytne k posouzení vzorky a to 2 ks pro každou část veřejné zakázky. Vzorky budou v rámci posouzení nabídek zadavatelem odzkoušeny, aby mohlo být konstatováno, zdali vyhovují veškerým zadávacím, zejména technickým podmínkám. Uchazeč, jehož vzorky v této fázi posuzování nevyhoví, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen a nebude zadavatelem vyzván, aby se účastnil elektronické aukce
- Dodavatel splňuje kritérium § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložením produktového listu, ze kterého bude zřejmé splnění požadovaných technických parametrů příslušného nabízeného koronárního stentu. Uchazeč doloží ke každému nabídnutému produktu kopii originálního produktového listu vydaného výrobcem (s ověřeným úředním překladem pokud je produktový list vydán v jiném jazyce, než českém nebo anglickém).
- Dodavatel splňuje kritérium § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložením prohlášení o shodě, CE certifikátu, popř. dalších certifikátů deklarujících kvalitu výrobku (kopie originálu v jazyce certifikační autority s českým úředně ověřeným překladem), případně schválení od FDA (uchazeč doloží kopii originálu v jazyce certifikační autority s českým úředně ověřeným překladem).

6.4. Další informace k požadavkům na prokázání kvalifikace

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů může nahradit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 odst. 1 zákona).
- Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, tj. nesmí být starší 3 měsíců od data zveřejnění formuláře o zahájení zadávacího řízení (§ 86 odst. 5 zákona).
- V případě společné účasti dodavatelů, prokazuje základní a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
- V případě, že není výslovně uvedeno, že dodavatel je povinen předložit originál, prokáže požadovanou kvalifikaci předložením prostých kopií výše uvedených dokumentů. Zadavatel je však v souladu s § 46 odst. 1 zákona oprávněn požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie určitého dokladu.
- Dodavatel je oprávněn dle § 83 zákona splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele, a to v části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, kromě předložení výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán dle zvláštního právního předpisu. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona poddodavatelem, tj. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v něm poddodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je poddodavatel zapsán dle zvláštního právního předpisu a
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona poddodavatelem a
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele. Obsahem takového závazku musí být společná a nerozdílná odpovědnost dodavatele a poddodavatele za plnění předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1, tj. výpis z OR.

- Předložení všech výše uvedených dokladů prokazujících požadovanou kvalifikaci není možné nahradit čestným prohlášením, pokud tak není výslovně uvedeno. Dodavatel může nahradit výše požadované dokumenty jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
- Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících požadovanou kvalifikaci, pokud je nepředloží již ve své nabídce. Neposkytnutí této součinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti, jehož následkem bude vyloučení účastníka ze zadávacího řízení (§ 122 odst. 5).
- Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je tento povinen oznámit změnu zadavateli do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení předložit nové doklady nebo prohlášení. Tato povinnost uchazeči nevzniká, pokud podmínky kvalifikace jsou stále naplněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. V případě, že uchazeč v dané lhůtě změnu neoznámí nebo nepředloží nové doklady, bude následkem vyloučení ze zadávacího řízení.
- Pokud dodavatel získal kvalifikaci v zahraničí, prokazuje doklady vydanými dle právního řádu země, ve které byla kvalifikace získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK (§ 102 odst. 1 zákona)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY (§ 104 odst. 2 zákona)

V případě, že bude vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy předložit:

- a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem dle z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

terorismu, tj. údaje vypovídající o jeho majetkové struktuře, a to až po skutečného majitele, a dále

- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, kterými jsou především:
- Výpis z OR nebo jiné podobné evidence,
 - Seznam akcionářů,
 - Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

9. VYUŽITÍ PODDODAVATELE (§ 105 zákona)

- Dodavatel v souladu s § 105 odst. 1 předloží ve své nabídce seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění dané veřejné zakázky suvedením konkrétní části veřejné zakázky, kterou budou plnit. V případě, že dodavateli nejsou poddodavatelé známi, určí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
- Dodavatel použije ke splnění výše uvedeného požadavku zadavatele vzor, který je přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek.
- V případě, že již tak neučinil ve své nabídce, jak je uvedeno výše, vítězný dodavatel je dle § 105 odst. 3 a 4 povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit zadavateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Pokud mu nejsou všichni poddodavatelé známi, je povinen předložit identifikaci dalších poddodavatelů nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu dle přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek – Návrh smlouvy.

10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- V rámci otevírání obálek bude vždy zveřejněna nabídková cena dodavatelů, popř. další číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria. Dodavatel bere na vědomí zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního vztahu vážícího se na předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- Součástí nabídky musí být určení, **zda se jedná o zdravotnické prostředky u kterých je zákonem č. 268/2014 Sb. nebo výrobcem nařízena instruktáž. Pokud je instruktáž takto nařízena, uchazeč uvede seznam osob, které mohou instruktáž provádět.**
- Jako součást nabídky veřejné zakázky poskytne uchazeč pro každou z částí Veřejné zakázky 2 (dva) kusy koronárních stentů k provedení zkoušek. Vzorky budou v rámci posouzení nabídek zadavatelem odzkoušeny, aby mohlo být konstatováno, zdali vyhovují veškerým zadávacím, zejména technickým podmínkám. Uchazeč, jehož vzorky v této fázi posuzování nevyhoví, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen a nebude zadavatelem vyzván, aby se účastnil elektronické aukce.
- Zadavatel v průběhu trvání smlouvy umožňuje na základě písemné dohody s dodavatelem dodávku i jiného typu koronárního stentu, pokud se jedná o inovovaný produkt, který je zároveň:



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

- a/ shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky zadavatele stanovené v této zadávací dokumentaci; a
- b/ zadavatel s dodávkou tohoto nového produktu souhlasí; a
- c/ nedojde k navýšení ceny.
- Všechny výrobky nabízené uchazečem musí mít přidělen kód VZP, uchazeč se dále čestným prohlášením zavazuje, že výrobky nebyly hromadně reklamovány nebo staženy z trhu. Všechny nabízené výrobky mají CE značku, případně schválení od FDA (uchazeč doloží).
- Uchazeč doloží ke každému nabídnutému produktu kopii originálního produktového listu vydaného výrobcem (s ověřeným úředním překladem pokud je produktový list vydán v jiném jazyce, než českém)
- Uchazeč doloží oprávnění vydané výrobcem pro distribuci pro Českou republiku.

11. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY (§ 41 zákona)

Zadavatel jistotu nepožaduje.

12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídková cena

- Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude stanovena na základě vyplnění jednotkových cen prostřednictvím Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Pro každou část veřejné zakázky je stanovena nejvyšší možná nabídková cena, která je rovněž uvedena v Příloze č.6, a která nesmí být překročena. Uchazeč není oprávněn do této přílohy jakkoliv zasahovat a činit jakékoliv úpravy a je povinen zachovat strukturu a pořadí v ní stanovené.
- Uchazeč vyplní všechny jednotkové i celkové ceny. Neocenění jakékoliv položky (za neocenění je považováno i ocenění „0“) v nabídce uchazeče bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
- Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), samostatně DPH (snížená nebo základní sazba DPH) a nabídková cena včetně DPH.
- Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění pro danou část veřejné zakázky za 4 roky.
- Jednotkové nabídkové ceny (uvedené v samostatně přiloženém ceníku) jsou konečné a musí zahrnovat rovněž všechny náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
- Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 zadávacích podmínek). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
- Cena bude zahrnovat veškeré uchazečem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat

pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky.

- Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na hodnocení prostřednictvím elektronické aukce jsou nabídkové ceny uchazečů limitovány dvěma desetinnými místy.

13. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA (§ 113 zákona)

- Zadavatel před odesláním oznámení o výběru dodavatele provede dle § 113 zákona posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.
- Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s ohledem na cenu v místě a čase obvyklou.
- V případě, že zadavatel shledá nabídkovou cenu mimořádně nízkou, požádá daného účastníka řízení o zdůvodnění této nabídkové ceny a v případech stanovených § 113 odst. 6 uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení.

14. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY (§ 103 a 107 zákona)

- Nabídka bude předložena v originále v písemné listinné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), a to v českém jazyce. Nabídka bude předložena ve 2 listinných vyhotoveních označených jako výtisk č. 1 – „Originál“ a výtisk č. 2 – „Kopie“ a v 1 elektronickém provedení na CD, tj. naskenovaná kompletní nabídka ve formátu pdf + návrh smlouvy v editovatelném formátu word + samostatně naskenovaná cenová nabídka a další přílohy smlouvy označeném „Elektronická nabídka + název dodavatele + název veřejné zakázky“. V případě zjištění rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky, nebo mezi listinnou a elektronickou verzí bude rozhodující text nabídky s označením „Originál“.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- Dodavatel je oprávněn podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce, obálka s nabídkou bude označena - „**Veřejná zakázka – Koronární stenty 2016 – část ... – neotvírat**“ a budou na ní uvedeny identifikační údaje dodavatele, tj. název, adresa a IČ.
- Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny níže uvedené dokumenty v pořadí stanoveném v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
 - a) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
 - b) Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu č. 1 zadávacích podmínek – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění: celková cena včetně DPH, samostatně cena bez DPH a samostatně DPH (snížená nebo základní sazba), popř. další hodnotící kritériu číselně vyjádřitelné, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat. Dodavatel uvede taktéž kontaktní osobu odpovědnou za realizaci veřejné zakázky.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

- c) Podepsaný návrh smlouvy - součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky. Dodavatel je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky pro každou jednotlivou část. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele, kteří tvoří sdružení nebo dodavatelem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. V případě zjištění rozporu mezi informacemi uvedenými v rámci nabídky a informacemi uvedenými v návrhu smlouvy budou rozhodující informace uvedené v předloženém návrhu smlouvy.
- d) Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 6 těchto zadávacích podmínek. K prokázání části základní způsobilosti a technické kvalifikace uchazeč použije vzor, který je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek.
- e) Čestné prohlášení, zda je či není dodavatel malým či středním podnikem. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrát nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
- f) V případě, že dodavatel je akciovou společností, předloží ve své nabídce čestné prohlášení, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, předloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu dodavatele, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.
- g) Prohlášení o poddodavateli dle čl. 9 těchto zadávacích podmínek. Uchazeč použije vzor, který je přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek.
- h) Příloha č. 6 těchto zadávacích podmínek – Položkový ceník.
- i) Oprávnění vydané výrobcem pro distribuci pro Českou republiku,
- j) Součástí nabídky musí být určení, **zda se jedná o zdravotnické prostředky u kterých je zákonem č. 268/2014 Sb. nebo výrobcem nařízena instruktáž. Pokud je instruktáž takto nařízena, uchazeč uvede seznam osob, které mohou instruktáž provádět.**
- k) Uchazeč uvede konkrétní **osobu odpovědnou za účast v eAukci** a poskytne k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail.
- l) Další zadavatelem požadované dokumenty.

Pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, předkládá dodavatel ve své nabídce prosté kopie požadovaných dokumentů.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

- Lhůta pro podání nabídek: viz oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz)
- Nabídku lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý všední den na podatelnu zadavatele na adresu VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08, budova Ředitelství A5, 4. patro, dv. č. 407), úřední hodiny: Po - Čt od 10:00 do 14:30 hod. a Pá od 10:00 do 14:00 hod.
- Nabídku je možné podat nejpozději v den konce lhůty pro podání nabídek do 11:00 hodin.
- Každý dodavatel může předložit do výběrového řízení pouze jednu nabídku. V případě, že dodavatel před koncem lhůty pro podání nabídek požádá o výměnu již podané nabídky, platí jeho nabídka, která byla podána poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku do daného zadávacího řízení, nesmí být současně poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazuje kvalifikaci ve stejném zadávacím řízení jiný dodavatel.

16. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 98 zákona)

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e mail, pošta) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Mgr. Monika Trávníčková, tel: +420 224 962740, e-mail: Monika.Travnickova@vfn.cz. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 98 odst. 4 zákona. Vysvětlení zadávací podmínek, včetně přesného znění požadavku, bude uveřejněno stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávacích podmínek nebo kvalifikační dokumentaci.
- Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
- Pokud má uchazeč zájem dostávat informace o nových dokumentech nebo přílohách této zakázky, je nutné, aby si stáhl z profilu zadavatele alespoň jeden dokument této zakázky jako přihlášený uživatel (pro možnost přihlášení se nutné se registrovat pomocí odkazu "registrace dodavatele" na adrese www.tenderarena.cz, po kliknutí na tento odkaz bud dodavatel přesměrován na příslušnou stránku, kde vyplní potřebné registrační údaje). Pokud si z profilu zadavatele bude dodavatel stahovat dokumenty bez přihlášení, nebude možné doručit mu informace o nových dokumentech nebo přílohách zakázky (týká se i vysvětlení zadávací dokumentace, popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace!).

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ (§ 97 zákona)

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna.

18. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (§ 108 zákona)

S ohledem na hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce je otvírání obálek neveřejné.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

19. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- Nabídky se budou dle § 114 odst. 1 hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
- Hodnocení nabídek se uskuteční dle § 119 a následujících zákona.
- Předmětem hodnocení jsou následující hodnotící kritéria:

Název kritéria	Váha
A. Nabídková cena	100 %

20. ELEKTRONICKÁ AUKCE (§ 120 a 121 zákona)

20.1. Základní informace k elektronické aukci

- Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnížší nabídkové ceny.
- Zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 134/2016 dělena na části, přičemž každá část bude v e-aukci hodnocena zvlášť na základě základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny, kterým je nejnížší celková nabídková cena v dané části.
- V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b) vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy).
- Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak k úkonu odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součástí Výzvy budou dle § 120 odst. 4, písm. c) Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:
- Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. Účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty. Zadavatel upozorňuje, že nabídkové ceny uchazečů jsou limitovány dvěma desetinnými místy.
- Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho prodloužení dle následujících parametrů. Pokud v poslední 1 minutě stanovené doby dojde v eAukční síni k



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

takové změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo o další 2 minuty a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodloužováno až do doby, kdy v poslední 1 minutě běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní v dané části dorovnat nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí v dané části). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován.

- Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové nabídky účastníka v příslušné části na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem ke své celkové nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve.
- V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 50,- Kč, údaje k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).
- V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu rozdílu se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků).
- Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách a dále aktuální pořadí v dané části podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v dané části, jelikož každá část veřejné zakázky je hodnocena samostatně.
- Účastníci budou v Aukčním kole informováni nejen o svém aktuálním pořadí v dané části, ale bude jim zobrazena také informace o nejnižší celkové nabídkové ceně v dané části, aby na ni mohli reagovat svými kroky.
- Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel eAukci zopakovat.
- Zadavatel si vyhrazuje právo elektronickou aukci opakovat, pokud se v průběhu elektronické aukce objeví skutečnosti, které by mohly být posuzovány jako snížení transparentnosti, porušení rovného zacházení se všemi uchazeči o zakázku, případně diskriminace některého z účastníků aukce. Zadavatel upozorňuje všechny účastníky aukce, že technické problémy na straně jednoho z účastníků nejsou důvodem, který zadavatele opravňuje k opakování elektronické aukce.
- Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBIZ je k úkonu autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě, že účastník svou nabídku učiněnou v eAukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny aukčních hodnot účastníka pohlíženo jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy neplatné a zadavatel je v souladu s § 48, odst. 2, písm. a) Zákona oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem ověření platnosti certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření

bude certifikát účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

20.2. Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ

- Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat.
- Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka v eAukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program eAukčního systému je optimalizován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů:

- a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
- b) Mozilla Firefox 13 a vyšší

20.3. Funkční nastavení internetového prohlížeče

- Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na internetové adrese: <http://proebiz.com/podpora>.
- Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy <http://java.com/>. Tento software je k dispozici zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.
- Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.
- Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do systému PROEBIZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování Výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyzvána Aktivčním e-mailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivčním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivčního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivční e-mail obvykle neodesílá. O doručení Výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyzvána Notifikačním e-mailem administrátora.



JISTOTA
MODERNÍ MEDICINY

20.4. Informace zadavatele poskytnuté v souladu s § 36, odst. 4 zákona.

- Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společností NAR marketing s.r.o., Masarykovo nám. 33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
- Zadavatel stanovil konkrétní hodnoty týkající se délky Aukčního kola, doby jeho prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot a dále informace, které se účastníkovi zobrazí v Aukčním kole. Zadavatel rovněž stanovil časovou lhůtu pro elektronické podepsání závěrečného protokolu.

21. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU (§ 100 zákona)

- V případě hodnocení prostřednictvím elektronické aukce, kdy zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku nebo mu zbyde jen jedna nabídka, je vybraný dodavatel povinen snížit nabídkovou cenu s ohledem na předpokládané navýšení ceny pro možnost soutěže s dalšími dodavateli v rámci elektronické aukce.
- Zadavatel si stanoví možnost snížení nabídkové ceny vybraného dodavatele na základě dodatku po podpisu smlouvy.


22. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY (§ 40 zákona)


- Zadávací lhůta: 160 dnů
- Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

23. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK - PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu
- Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení
- Příloha č. 4 – Seznam dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b)
- Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6 – Položkový ceník (Výpočet nabídkové ceny)

V Praze dne 22. 12. 2016


Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA
ředitelka VFN v Praze



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2