

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Vysvětlení zadávací dokumentace a doplnění zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky s názvem

„Dodávky spotřebního materiálu pro koagulometry – ÚKBH – 2017“

evidenční číslo VZ Z2017-007170

Dotaz č.1:

V čl. 2 zadávací dokumentace je v seznamu testů na pozici č. 22 uvedena položka dTT. Domníváme se, že se jedná o metodu diluted trombin time, používanou pro stanovení přímých inhibitorů trombinu, především Dabigatranu. Je možno nabídnout chromogenní stanovení přímých inhibitorů trombinu, které má srovnatelnou diagnostickou výpověď, základní rozsah kalibrace do 500 ng/ml (s ředěním i výše) a stabilitu reagentů po rekonstituci/prvním otevření až 8 týdnů?

Odpověď:

Ne, Zadavatel trvá na požadavku koagulačního stanovení dabigatranu, tj. dilutovaného trombinového testu (dTT).

Dotaz č.2:

V čl. 2.2. zadávací dokumentace je v požadavcích na přístrojové vybavení uveden požadavek na počet vzorků na palubě 110. Je možno nabídnout přístroje, do kterých lze současně vložit až 100 vzorků (10 stojanů po 10 vzorcích), ale tyto vzorky lze kontinuálně doplňovat, tedy po rozpipetování prvního stojanu o 10 vzorcích lze kontinuálně přidat další stojan? Tím je počet vzorků na palubě prakticky neomezen.

Odpověď:

Ne, Zadavatel trvá na požadavku nejméně 110 vzorků na palubě (tj. do přístroje lze vložit současně minimálně 110 vzorků).

Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci v bodě 2.2 Další požadavky, a to takto:

Součástí dodávky přístrojového vybavení bude ochrana proti výpadku elektrické energie – UPS jednotka.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **2.5.2017 do 9:00 hod.** Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek. Zadavatel prodloužil lhůtu v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Zároveň si Vám dovoluujeme oznámit, že otevírání obálek s nabídkami dne 25.4.2017 v 10:00 hod. se ruší a jeho datum se posouvá v souladu s výše uvedeným.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **2.5.2017 v 10:00 hod.** v jednací místnosti ředitelství FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, která se nachází ve 2.NP v budově č. 16 areálu FN Plzeň-Bory.