

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávací dokumentace č. 3

**k otevřenému zadávacímu řízení
veřejné zakázky s názvem**

„Dodávky spotřebního materiálu pro koagulometry – ÚKBH – 2017“ evidenční číslo VZ Z2017-007170

Dotaz č.1:

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ v odpovědi na dotaz č. 3 je uvedeno toto: „Zadavatel požaduje screeningové koagulační stanovení inhibiční kapacity systému proteinu C. Prostým vyšetřením proteinu C a proteinu S nelze odhalit přítomnost APC rezistence. Zadavatel nepovažuje požadavek za diskriminační, neboť se jedná o dostupný test.“ Je možné požadavek na screeningové koagulační stanovení inhibiční kapacity systému proteinu C splnit stanovením individuálních hemostatických komponent spojených se zvýšeným rizikem tromboembolie? V praxi to znamená přidat k požadovaným vyšetřením proteinu C a proteinu S vyšetření APC rezistence a splnit tím požadavek měření testu ProC Global. Jedná se o plnohodnotnou náhradu tohoto testu. Požadavek na ProC Global je diskriminující, protože ProC je ochranná známka společnosti Siemens Healthcare Diagnostics. Tuto reagentii proto může dodat pouze její originální výrobce a jeho distribuční síť.

Odpověď:

Zadavatel připouští možnost pro test č. 18 (ProC Global) nabídnout buď test na stanovení ProC Global, nebo test na stanovení APC rezistence.

Dotaz č.2:

Je možné předpokládat, že měření F II, F V, F VII a FX, která jsou uvedena v tabulce Spotřební materiál pro koagulometry „Příloha č. 1 Zadávací dokumentace“, jsou prováděna v sériích současně?

Odpověď:

Lze předpokládat, že tyto testy jsou prováděny v sériích současně, ale není to pravidlem.

Dotaz č.3:

Je možné předpokládat, že měření Proteinu C, Proteinu S, která jsou uvedena v tabulce Spotřební materiál pro koagulometry „Příloha č. 1 Zadávací dokumentace“, jsou prováděna v sériích současně?

Odpověď:

Lze předpokládat, že tyto testy jsou prováděny v sériích současně, ale není to pravidlem.

Dotaz č.4:

V Kupní smlouvě (OLO) - příloha č. 2 ZD, Kupní smlouvě (SZM) – příloha č. 3 ZD, Smlouvě o výpůjčce – příloha č. 5 ZD je na straně 4 uvedeno: „Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.“ Bude mít prodávající možnost dohlédnout na dodržení obchodního tajemství?

Odpověď:

Zadavatel je přesvědčen, že žádnou část uvedených smluv nelze, ve smyslu platné legislativy, považovat za obchodní tajemství.

Dotaz č. 5:

Je požadovaný počet kalibrací uvedených v tabulce Spotřební materiál pro koagulometry „Vysvětlení ZD 2 - příloha č. 4 ZD“ mandatorní, když výrobcem garantované reagentie umožňují podstatně nižší počet kalibrací v průběhu roku, a to i u málo frekventovaných testů? Tímto v případě zadavatelem předepsaného počtu kalibrací, bez ohledu na skutečnou potřebnost jejich provedení, dochází k neopodstatněnému zvýšení nákladů. Co je v tomto případě chápáno termínem kalibrace? Jedná se o praktické naměření jednotlivých kalibračních bodů s následným vyhodnocením jednotlivých kalibračních křivek pro dané testy za současné spotřeby reagentií a kalibrátorů, či se jedná o kalibrace ve smyslu použití předkalibrovaných reagentií?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanoveném předpokládaném ročním počtu kalibrací uvedeném v příloze Zadávací dokumentace. Četnost kalibrací vychází v praxi nejen z doporučení výrobce, ale také z dalších doporučení dle správné laboratorní práce a ze zkušeností provozu laboratoře.

Kalibrací se rozumí naměření jednotlivých kalibračních bodů s následným vyhodnocením jednotlivých kalibračních křivek pro dané testy za současné spotřeby reagentií, kalibrátorů a kontrolního materiálu k ověření kalibrace.

Dotaz č. 6:

Uvažuje zadavatel o posunutí termínu podání nabídek, z důvodu změny v zadávací dokumentaci (Příloha č. 4 ZD), které bylo uvedeno ve Vysvětlení ZD 2?

Odpověď:

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 6 Vysvětlení zadávací dokumentace 2 ze dne 11.4.2017 neprodloužil, neboť se nejedná o změnu či doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **11.5.2017 do 9:00 hod.** Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek. Zadavatel prodloužil lhůtu v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Zároveň si Vám dovoluujeme oznámit, že otevírání obálek s nabídkami dne 2.5.2017 v 10:00 hod. se ruší a jeho datum se posouvá v souladu s výše uvedeným.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **11.5.2017 v 10:00 hod** v jednací místnosti ředitelství FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, která se nachází ve 2.NP v budově č. 16 areálu FN Plzeň-Bory.