

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávací dokumentace č. 5

k otevřenému zadávacímu řízení veřejné zakázky s názvem

„Dodávky spotřebního materiálu pro koagulometry – ÚKBH – 2017“ evidenční číslo VZ Z2017-007170

Dotaz č.1:

Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4“ ze dne 25. 4. 2017 v odpovědi na dotaz č. 1 uvádí zadavatel tuto odpověď: „Pro test uváděný v zadávací dokumentaci jako APTT aktin požadujeme reagensii s fosfolipidy na rostlinné bázi a jako aktivátor kyselinu elagovou.“ Z doposud zaslaných odpovědí na dotazy nabízejících firem jasně vyplývá, že zadavatel požaduje reagensii Actin FS firmy Siemens Healthcare Diagnostics, tuto reagensii proto může dodat pouze její originální výrobce a jeho distribuční síť. Proto navrhuje buď požadavek na tento test z kalkulace zcela vypustit a ponechat pouze požadavek na aplikovatelnost reagensie pro danou metodu na daném zařízení, nebo ostatním účastníkům umožnit splnit tento požadavek nabídkou použití odpovídající reagensie vlastní výroby adekvátně necitlivé na lupus antikoagulans se stejným aktivátorem (kyselinou elagovou). Je to i s ohledem na bod 6 na straně 3 ve Smlouvě o výpůjčce, kde je uvedeno: „Vypůjčitel je povinen v rámci používání předmětu výpůjčky používat pouze provozních materiálů určených a schválených výrobcem“.

Odpověď:

Zadavatel netrvá na složení reagensie pro APTT aktin (viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 25.4.2017), pouze ji upřednostňuje.

Nabídka účastníka musí splňovat účel vyšetření, který Zadavatel v následujícím textu vysvětluje:

Screeningový test APTT musí mít schopnost vyhledat deficity koagulační aktivity faktorů VIII, IX, XI, XII a být méně citlivý na přítomnost lupus antikoagulans ve vyšetřované plazmě. Zároveň se tento test používá ke kontrole léčby heparinem.

APTT aktin ve výběrovém řízení je myšlen jako test necitlivý na přítomnost nespecifického inhibitoru typu lupus antikoagulans a naopak zvýšeně citlivý na deficit koagulační aktivity faktorů VIII, IX, XI, XII.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **9.6.2017 do 9:00 hod.** Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek. Zadavatel prodloužil lhůtu v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Zároveň si Vám dovoluujeme oznámit, že otevírání obálek s nabídkami dne 11.5.2017 v 10:00 hod. se ruší a jeho datum se posouvá v souladu s výše uvedeným.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **9.6.2017 v 10:00 hod** v jednací místnosti ředitelství FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, která se nachází ve 2.NP v budově č. 16 areálu FN Plzeň-Bory.