

Otázky a odpovědi

Vlna měřicí přijímače a antény pro měření EMC
pro VaV centrum ERA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Otázky a odpovědi

Stav k 26. 5. 2017

Otázka 01

Vážená paní Volejníková,

žádáme Vás tímto o poskytnutí doplňující informace k VŘ "Výběrové řízení na měřicí přijímač a antény pro měření EMC".

Ve specifikaci předmětu zakázky je uvedeno: "šířka zpracovaného pásma spektrálního analyzátoru (real time spectrum analysis) 25 MHz" avšak v požadovaných režimech přijímače je uvedeno pouze "spektrální analyzátor/EMI přijímač".

Žádáme Vás proto o sdělení, zda zadavatel požaduje, aby dodaný měřicí přijímač EMI disponoval i režimem "real time spectrum analysis" či nikoliv.

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

Odpověď

Vážený pane,

posílám Vám odpověď na dotaz k technické specifikaci předmětu VŘ na měřicí přijímač a antény pro měření EMC.

V režimu EMI přijímače je požadován minimálně "Time domain scan". Přístroj musí dále disponovat "Real time spectrum analysis" minimálně v režimu spektrálního analyzátoru. V režimu EMI již "real time spectrum analysis" není požadován.

Přeji Vám hezký den

Otázka 02:

Vážená paní Volejníková,

chtěl bych položit oficiální dotaz.

Zadávací dokumentace požaduje předložení nabídek v českém jazyce, znamená to, že i technické specifikace nabízeného zařízení by měli být přeloženy do českého jazyka nebo je možné dodat originální datové listy v anglickém jazyce. Jedná se vždy o popis technických parametrů, které jsou většinou obtížně přeložitelné.

Otázky a odpovědi

Vlna měřicí přijímače a antény pro měření EMC
pro VaV centrum ERA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Děkuji a přeji pěkný den

Odpověď

Vážený pane,

z české specifikace technického popisu nabízeného plnění ve Vaší nabídce musí jednoznačně vyplývat splnění všech stanovených parametrů uvedených v popisu předmětu plnění v zadávací dokumentaci výběrového řízení.

Zároveň: svoji nabídku můžete doplnit o AJ produktové listy ještě hlouběji popisující a specifikující Vámi nabízené plnění. Za toto doplnění nabídky budeme velmi rádi. Nicméně pro potřeby hodnocení Vaší nabídky s konkurenčními budeme muset vycházet pouze z údajů, které budou uvedeny v Českém jazyce.

Důvod pro doložení produktových listů v AJ:

Pokud bychom u některého z ČJ popisovaných parametrů nabízeného zařízení měli pochybnosti o jeho souladu s vyspecifikovanými parametry v ZD VŘ, a bylo by možné, že tyto pochybnosti pramení z nedokonalého překladu, budeme dohledávat informace i v příložené AJ dokumentaci a případně Vás vyzveme k upřesnění/vyjasnění daného parametru.

Také Vám přeji hezký den